



# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

București, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,  
Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, www. cnscl.ro

**În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:**

## DECIZIE

**Nr. 4919/ C6 /4389**

**Data: 22.09.2009**

Prin contestația nr. 489 din 23.07.2009, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 24469 din 24.07.2009, depusă de S.C. RO BO IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în București, B-dul Mircea Vodă nr.38, Bl.M9, Sc.2, Parter, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1657/1991, având C.U.I. RO 3013617, împotriva documentației de atribuire, respectiv a caietului de sarcini, elaborate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ”, cu sediul în București, str. Grozovici nr. 1, sector 2, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă, pe loturi, a contractului de furnizare având ca obiect „Materiale de curățenie”, coduri CPV : 44613800-8 și 33169400-6, se solicită :

1. Eliminarea, din caietul de sarcini – anexa Lot nr.1 – „Recipienti din polipropilenă pentru colectarea deșeurilor înțepătoare tăietoare din spitale cu profil infecțios” a cerințelor proprii ale autorității contractante referitoare la:

- „dimensiunile înălțimii recipientului 20-23 cm (aceste dimensiuni sunt necesare pentru a permite așezarea recipientilor sub o masă de tratament)”;

- „recipienții nu trebuie să își piardă stabilitatea în timpul deplasării măsuței, a manipulării cu o singură mână sau ciocnirii accidentale ușoare cu diverse obiecte”;

- „recipienții trebuie să fie prevăzuți cu sisteme de protecție la răsturnare dacă nu îndeplinesc condiția la stabilitate în cazul deplasării măsuței”;

- „recipienții trebuie să fie prevăzuți cu sisteme de închidere care să nu permită deschiderea lor în timpul manipulării și a transportului, să nu permită vărsarea de lichide sau materiale după închidere, să posede mânere pentru transport”.

2. Înlocuirea cerințelor proprii ale autorității contractante din caietul de sarcini – anexa Lot nr.1, cu reglementările prevăzute de:

- art.14 și 15, lit.c), Anexa 1 din OMS 219/2002 cu modificările și completările ulterioare;

- OMS 1029/2004, art.11<sup>1</sup> - BS 7320 (standard britanic), NF X 30 500 (standard francez);

- OMS 1029/2004, Anexa 10 – SR 13481:2003;

- OMS 219/2002 cu modificările și completările ulterioare, art.14: „...Materialul din care se confecționează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu” – ofertantul să prezinte Raport de analiză pentru determinarea emisiilor la ardere eliberat de institute abilitate în UE.

- seria ADR să fie stanțată/imprimată pe fiecare recipient în conformitate cu certificatul ADR.

În baza documentelor depuse de părți,  
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

### **DECIDE:**

Respinge contestația formulată S.C. RO BO IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în București, B-dul Mircea Vodă nr. 38, Bl.M9, Sc.2, Parter, sector 3, în contradictoriu cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ”, cu sediul în București, str. Grozovici nr. 1, sector 2, ca nefondată.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.