



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

București, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980,
Tel. +4 021 3104641, Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900475, www. cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea,

DECIZIE

Nr. 2430/C6/2669

Data: 10.07.2013

Prin contestația nr.236/25.06.2013, înregistrată la C.N.S.C. cu nr.21015/26.06.2013, depusă de S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L., înregistrată la O.R.C. sub nr.J40/16098/2007, având C.I.F. RO22318421, reprezentată legal prin S.C.A. PANGRATIE, ALEXE ȘI PARTENERII, prin avocat Pangratie Cătălin, cu sediul procesual ales în București, Bd.Nicolae Titulescu nr.1, bl.A7, sc.4, et.6, ap.109, sector 1, împotriva documentației de atribuire privind lotul 1 „Osteodensitometru”, emisă de SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI, cu sediul în Iași, Str.Pantelimon Halipa nr.14, jud.Iași, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, pe loturi, a contractului având ca obiect „Furnizare osteodensitometru/bidistilator”, se solicită obligarea autorității contractante la modificarea „cerințelor minime de clasificare” din caietul de sarcini, pentru Lotul nr.1 „Osteodensitometru”, respectiv:

- modificarea caracteristicii tehnice a SCANNER-ului „Scanare cu braț motorizat cu mișcare pe axe X/Y” impusă prin caietul de sarcini, cu mențiunea „Scanare cu braț motorizat cu mișcare pe axa X sau axele X/Y”;
- modificarea caracteristicii tehnice a SCANNER-ului „Masa fixă pentru toate tipurile de examinări, inclusiv pentru modul Whole Body” cu mențiunea „Masă fixă sau mobilă pentru toate tipurile de examinări, inclusiv pentru modul Whole Body”;

- modificarea caracteristicii tehnice GENERATOR ȘI TUB RAZE X „Fascicul Raze - X de tip Pencil”, cu mențiunea „Fascicul Raze-X de tip Pencil/Fan beam”;
- modificarea caracteristicii tehnice GENERATOR ȘI TUB RAZE X „Divizare energie 35KeV și 65 KeV (folosind filtre samariu 200μm cu mențiunea sau echivalent)”, cu mențiunea „Divizarea de energie să fie de minim 30 KeV”;
- modificarea mențiunilor de la punctul REGIUNI DE EXAMINARE „Coloana vertebrala L1-L5”, cu mențiunea „Coloana vertebrala L1-L4”;
- modificarea mențiunilor de la capitolul DIMENSIUNI maxime „Greutate: max 250 Kg” cu mențiunea „Greutate: max. 300 kg”.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Respinge, ca nefondată, contestația depusă de S.C. PAPAPOSTOULOU S.R.L., cu sediul procesual ales în București, Bd.Nicolae Titulescu nr.1, bl.A7, sc.4, ap.109, sector 1, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI, cu sediul în Iași, Str.Pantelimon Halipa nr.14, jud.Iași.

Dispune continuarea procedurii de atribuire.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5 zile de la comunicare.