



# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745 [www.cnsc.ro](http://www.cnsc.ro)

**În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea**

## DECIZIE

**Nr. 3046/346C10/3548,3554**

**Data: 26.08.2013**

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 27596/19.08.2013, depusă de către SC SIEMENS SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Complex West Gate Park, corp H3, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/6772/1995, având CIF 7614474, formulată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 5954/1/07.08.2013, emisă de către INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ CLUJ-NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 34-36, județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă online organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect „Echipamente medicale”, cod CPV 33100000-1, s-a solicitat:

- anularea deciziei comunicată prin adresa nr. 5954/1/07.08.2013 prin care a fost declarată admisibilă dar necâștigătoare oferta sa, precum și a oricăror acte interne anterioare și/sau subsecvente și conexe acesteia (cum ar fi raportul procedurii de atribuire, procesele verbale ale ședinței de evaluare tehnică a ofertelor din procedură etc.)

- obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa de reevaluare a ofertelor cu respectarea prevederilor legislației în vigoare în materia achizițiilor publice în ceea ce privește:

- Reevaluarea ofertei tehnice a Cortech Med SRL și reanalizarea ei în ceea ce privește valoarea ofertată de acesta în legătură cu cerința tehnică minimă și obligatorie „lungime maximă de scanare atât pentru scanare spirală

cât și pentru cea secvențială  $\geq 180\text{cm}$ ” și declararea ca și inadmisibilă a acestei oferte

- Reevaluarea ofertei tehnice a Simens SRL și reanalizarea în ceea ce privește evaluarea avută în vedere pentru cerința tehnică – subfactor de evaluare „Reducerea dozei prin algoritmul de reconstrucție iterativă cu până la minim 50%” și acordarea punctajului corect conform algoritmului de calcul al punctelor pentru factorii de subevaluare din documentația procedurii
- Reevaluarea ofertei tehnice a Simens SRL și reanalizarea în ceea ce privește valoarea avută în vedere pentru cerința tehnică – subfactor de evaluare „FOV maxim scanat cu menținerea calității imaginii și fără artefacte:  $\geq 500\text{mm}$ ” și acordarea punctajului corect conform algoritmului de calcul al punctelor pentru factorii de subevaluare din documentația procedurii
- Reevaluarea ofertei financiare în conformitate cu algoritmul de calcul al caietului de sarcini și acordarea punctajului corect
- Reevaluarea ofertelor tehnice depuse în ceea ce privește punctajul acordat cerințelor tehnice – subfactori de evaluare nr. 2, 3, 6 și 7, conform precizărilor din cuprinsul contestației

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației pe fond.

Prin contestația nr. 694/19.08.2013 înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 27625/19.08.2013, depusă de către SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 169A, clădirea de birouri „Floreasca 169”, corp A3, etajul 7, biroul nr. 1 și nr. 2, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3731/2000, CIF 12924986, reprezentată convențional prin SCA Voicu&Filipescu, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul acesteia din București, str. Știrbei Vodă nr. 26-28, clădirea de birouri „Union Internațional Center II”, etajul 5, sectorul 1, formulată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 5954/2/07.08.2013, emisă de către INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ CLUJ-NAPOCA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, s-a solicitat:

- suspendarea soluționării contestației până la soluționarea de către Curtea de Apel Cluj a dosarului nr. 971/33/2013, având ca obiect plângerea formulată de GEMS împotriva deciziei CNSC nr. 2663/C11/2879/26.07.2013

- anularea comunicării rezultatului procedurii și a raportului de atribuire, precum și a oricăror acte anterioare și subsecvente emiterii acestora,

- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor de la etapa evaluării propunerilor tehnice cu luarea în considerare a ofertei GEMS.

În temeiul art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, cele două contestații au fost conexe.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,  
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

### **DECIDE:**

În conformitate cu dispozițiile art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, suspendă soluționarea contestațiilor formulate de SC SIEMENS SRL, respectiv de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, până la soluționarea de către Curtea de Apel Cluj a dosarului nr. 971/33/2013, având ca obiect plângerea formulată de GEMS împotriva deciziei CNSC nr. 2663/C11/2879/26.07.2013.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 și Codului de procedură civilă.