



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 3305 / C2 /3413, 3419, 3460

Data: 13.09.2013

Prin contestația nr. 476/09.08.2013, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 26929/09.08.2013, depusă de S.C. HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în București, Șos. Gherase, nr. 66-70, sector 2, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/146/1996 și CIF 8025663, împotriva documentației de atribuire, emisă de către SPITALUL CLINIC NR. 1 C.F. WITTING, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în București, Calea Plevnei, nr. 142-144, sector 6, în cadrul procedurii de „licitație deschisă”, organizată pentru atribuirea acordului-cadru de achiziție publică de furnizare, având ca obiect „Furnizare, instalare, punere în funcțiune și servicii în perioada de garanție echipamente medicale și dispozitive medicale”, s-a solicitat modificarea și refacerea fișei de date a achiziției și caietului de sarcini în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006.

Prin contestația nr. 3319/09.08.2013, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 26939/09.08.2013, depusă de S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L., cu sediul în București, Str. Abatajului, nr. 44, demisol, sector 5, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/16214/2005 și CIF 17984504, împotriva documentației de atribuire, emisă de către SPITALUL CLINIC NR. 1 C.F. WITTING, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri, s-a solicitat obligarea autorității contractante la anularea procedurii de atribuire și

modificarea documentației de atribuire în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin contestația nr. 5411/12.08.2013, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 27115/13.08.2013, depusă de S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în București, Str. Preciziei, nr. 24, Complex West Gate Park, Corp H3, sector 6, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/6772/1995 și CIF 7614474, împotriva documentației de atribuire, emisă de către SPITALUL CLINIC NR. 1 C.F. WITTING, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri, s-a solicitat:

- anularea caietului de sarcini și obligarea autorității contractante la refacerea documentației tehnice corespunzătoare care să respecte principiile tratamentului egal, al nediscriminării, proporționalității și al liberei concurențe;
- în măsura în care anularea caietului de sarcini nu se impune, s-a solicitat:

I. Constatarea caracterului nelegal al următoarelor specificații tehnice ale documentației de atribuire:

1. Specificațiile tehnice din Fișa Tehnică nr. 56:

„Tensiune anodică selectabilă între: minim 80-140 kV”.
„Numărul fizic de elemente de detector pe fiecare rând: minim 800”;

„Curent anodic reglabil între: minim 20-350 mA”;

„Domeniu de scanare pe orizontală: minim 160 cm”;

„Înălțime minimă până la care poate fi coborâtă masa de examinare pacient: maxim 44,5 cm”;

2. Specificațiile tehnice din Fișa Tehnică nr. 56:

„Greutate maximă pacient pentru o funcționare normală, cu menținerea preciziei de poziționare: minim 205 kg”;

„Capacitate de disipare termică a anodei: minim 820 kHU/min.”;

„Lungimea efectivă a detectorului pe axa z (la izocentru): minim 20 mm”;

„RAM: minim 8GB”;

„Consum de energie în stand-by de < 2.0 kW”;

„Sistem server cu conectare minim 3 utilizatori care să acceseze simultan aplicațiile descrise”;

3. Specificațiile tehnice din Fișa Tehnică nr. 59:

„Omogenitate magnet măsurată într-un volum sferic (metoda V-RMS):

- pentru 10 cm: 0,005 ppm (valoare tipică);

- pentru 20 cm: 0,03 ppm (valoare tipică);
 - pentru 30 cm: 0,06 ppm (valoare tipică);
 - pentru 40 cm: 0,3 ppm (valoare tipică)";
- „RAM: 8GB, HDD pentru stocare imagini: > 300 GB, aproximativ 350.000 imagini necomprimate de minim 512 x 512”;

4. Specificațiile tehnice din Fișa Tehnică nr. 60 și 61:

- „Domeniu tensiune (kV): minim 40- 150 kV”;
- „Domeniu curent (mA): minim 10 - 630 mA”;
- „Suprafața activă a detectorului: minim 40 cm x 40 cm”;
- „Sarcina maximă suportată de detector: minim 155 kg”;
- „Echivalent Aluminiu de absorbtie Rx a blatului mesei: maxim 1 mm Al”;
- „Cursa longitudinală: minim 1700 mm din Cap. Coloana suport pentru tub Rx”;
- „Rotație coloană dreapta, stanga: minim +180/- 180 grade”;
- „Capacitate de stocare imagini: minim 14.000 imagini”;

5. Specificațiile tehnice din Fișa Tehnică nr. 51:

- „Greutate maxim suportată de detector: minim 155 kg”;
- „Timp maxim până la manevrarea sistemului: 4 sec.”;
- „Utilizare maximă per încărcare: minim 3 h”;
- „Dimensiuni imagine: minim 40 x 40 cm”;
- „Latura pixel: minim 200 μm ”;
- „Greutate detector: maxim 4,5 kg incluzând bateria”;
- „Greutate baterie: maxim 181 g”;
- „Grila 6:1 detașabilă”;
- „Banda conectivitate fără fir: 500 MHz, Să coexiste fără interferențe cu rețele 801.11, Frecvența: 3,5- 10 GHz, Putere: maxim 42 dBm, Rata de transfer: maxim 500 Mbps, Randament efectiv: 30 - 70 Mbs”;
- „Capacitate stocare imagini necompresate: minim 3200”;
- „Viteza înainte/înapoi variabilă de minim 5 km/h”;
- „mAs: de la 0,5 până la 600 mAs în incrementuri de 24 (25% creștere - 20% scădere)”;
- „Timp de expunere minim: de la 4 msec până la 6 sec.”;
- „Focalizare îngustă a spotului: maxim 0,6 mm și 200 mA,
- „Focalizare largă a spotului: maxim 1,2 mm și 500 mA”;
- „Capacitate încălzire anod: minim 140 kHU”;
- „Capacitate încălzire carcasă tub: minim 1260 kHU”;
- „Rotația tubului Rx $\pm 270^\circ$ din poziția de parcare”;
- „Rotirea colimatorului maxim $\pm 180^\circ$, cu minim 5 detente: -180°, -90°, 0°, +90°, +180°”.

II. Obligarea autorității contractante la remedierea documentației de atribuire fie prin modificarea, fie prin eliminarea, fie prin clarificarea specificațiilor de mai sus conform precizărilor și solicitărilor introduse în cuprinsul contestației.

III. Obligarea autorității contractante la specificarea expresă în caietul de sarcini ca aplicațiile din Cap. Software specializat pentru aplicații clinice din Fișa Tehnică nr. 56, să fie rulate pe stația de post procesare din cap. Sistem computer pentru postprocesare și analiză.

În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, cele trei contestații au fost conexe.

În baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite în parte contestațiile formulate de către S.C. HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L. și S.C. SIEMENS S.R.L., în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC NR. 1 C.F. WITTING și obligă autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile de la comunicare să:

- să modifice documentația de atribuire potrivit celor reținute în motivare;

- să publice în SEAP modificările aduse la documentația de atribuire, urmare a achiesării din cadrul punctului de vedere, pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați de participarea la procedură;

Respinge ca nefondată contestația formulată de S.C. RADIOMED IMPEX S.R.L. și criticile referitoare la împărțirea pe loturi formulate de S.C. HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L. și S.C. SIEMENS S.R.L. și cele referitoare la alegerea încheierii unui acord cadru formulate de S.C. SIEMENS S.R.L.

Dispune continuare procedurii de atribuire cu respectarea celor dispuse anterior.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.