



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900 745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 3580/C1/3722, 3732

Data: 04.10.2013

Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 29001/30.08.2013 și nr. 29098/02.09.2013, contestațiile formulate de SC GADAGROUP ROMÂNIA SRL și SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, referitoare la procedura de achiziție, prin „licitație deschisă”, în vederea atribuirii acordului cadru, încheiat cu un singur ofertant, pe o perioadă de 24 luni, având ca obiect: „Acord cadru aparatură medicală”, cod CPV: 33124120-2, 33192100-3, având sursa de finanțare: „*Venituri proprii / buget asigurate*”, organizată de autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF.IOAN CEL NOU” SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21, Județul Suceava.

Prin contestația nr. 1964/30.08.2013, înregistrată la CNSC cu nr. 29001/30.08.2013, formulată de SC GADAGROUP ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr. 169A, Clădirea A, Etaj 7, Sector 1, Cod poștal 014459, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/9320/1996, având CUI: 8936710, împotriva documentației de atribuire, s-a solicitat: „suspendarea procedurii; anularea caietului de sarcini și a procedurii de atribuire și obligarea autorității contractante la întocmirea unei documentații tehnice corespunzătoare care să respecte principiile tratamentului egal, al nediscriminării, liberei concurențe și proporționalității”.

Prin contestația nr. 3396/30.08.2013, înregistrată la CNSC cu nr. 29098/02.09.2013, formulată de SC GENERAL ELECTRIC

MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca, Nr. 169A, Clădirea de Birouri „Floreasca 169”, Corp A3, Etaj 7, Biroul 1 și 2, Sector 1, având CUI: 12924986, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3731/2000, reprezentată legal și convențional prin SCA VOICU & FILIPESCU, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, Strada Știrbei Vodă, Nr. 26 -28, Clădirea de Birouri „Union International Center II”, Etaj 5, Sector 1, împotriva documentației de atribuire, s-a solicitat: „suspendarea procedurii, obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini; obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, după modificarea specificațiilor tehnice, cu respectarea principiului tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurențe și proporționalității și deopotrivă a dispozițiilor legale complementare aplicabile în materie”.

Conform prevederilor art. 273, alin. (1) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, contestațiile care fac obiectul dosarelor nr. 3722/2013 și nr. 3732/2013, au fost conexe pentru a se pronunța o soluție unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire.

În baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de SC GADAGROUP ROMÂNIA SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, astfel:

- admite solicitarea privind obligarea autorității contractante la întocmirea unei documentații tehnice corespunzătoare care să respecte principiile tratamentului egal, al nediscriminării, liberei concurențe și proporționalității;

- respinge ca nefondate solicitările vizând anularea caietului de sarcini și a procedurii de atribuire.

Admite în parte contestația formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA.

Pe cale de consecință, obligă autoritatea contractantă la:

- împărțirea judicioasă, pe loturi, a contractului, în conformitate cu cele expuse în cadrul motivării și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile;

- modificarea caietului de sarcini, în concordanță cu cele precizate anterior, în ce privește următoarele specificații tehnice ale Computerului Tomograf, lățimea elementilor de detector: maxim 0,65 mm și Grosime slice: maxim 0,65 mm;

- reformularea cerinței din caietul de sarcini: *„posibilitatea coborârii mesei în afara gantry la min. 45 cm față de podea”*, astfel: *„posibilitatea coborârii mesei în afara gantry la o valoare de 45 cm față de podea sau mai jos”*.

Respinge ca nefondate criticile privind „timp maxim de scanare: 100 s”, cu referire la Computer Tomograf.

Dispune continuarea procedurii, după efectuarea modificărilor menționate mai sus și publicarea acestora în SEAP, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți în conformitate cu prevederile art. 280 alin. (1) și (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.