



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, București, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 8900745 www.cnsnc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea,

DECIZIE

Nr. 3772/C4/4120, 4123

Data: 22.10.2013

Prin contestația nr. 3466/23.09.2013, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 31964/24.09.2013, înaintată de S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 169A, clădirea de birouri „Floreasca 169”, corp A3, etaj 7, birourile 1 și 2, sector 1, CUI 12924986, formulată împotriva documentației de atribuire elaborată de SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 59, județul Prahova, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect furnizare „echipamente medicale pentru secția chirurgie și ATI, inclusiv montaj, punere în funcțiune, testarea și instruirea personalului”, s-a solicitat:

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei;
- obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini;
- obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, după modificarea specificațiilor tehnice, cu respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurențe și proporționalității, și deopotrivă a dispozițiilor legale complementare aplicabile în materie.

Prin contestația nr. 5463/23.09.2013, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 32059/24.09.2013, înaintată de S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Complex West Gate Park, Corp H3, sectorul 6, având CUI 7614474, formulată împotriva documentației de atribuire elaborată de SPITALUL

MUNICIPAL PLOIEȘTI, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, s-a solicitat:

- anularea caietului de sarcini și obligarea autorității contractante la refacerea documentației tehnice corespunzătoare, care să respecte principiile tratamentului egal, al nediscriminării, proporționalității și al liberei concurențe.

- în măsura în care nu se impune anularea caietului de sarcini, solicită următoarele:

I. Constatarea caracterului nelegal al următoarelor specificații tehnice ale Computerului tomograf cuprinse în documentația de atribuire:

a) „Gama kV: în intervalul min 80 - max 135 kV” din cap. 2.3. Generatorul de tip high voltage,

b) „Max de capacitate de răcire - înmagazinare căldură/minut: minim 840 kHu” din cap. 2.4. Tubul X,

c) „Acuratețe poziționare a mesei: $< \pm 0,25$ mm” din cap. 2.5. Masă de examinare,

d) „Gama mișcare pe orizontală - fără extensie: min 1700 mm” din cap. 2.5. Masă de examinare,

e) „CPU Speed: minimum dual core 2x3 GHz” din cap. 2.6. Consola de achiziție și reconstrucție,

f) „Lungimea orizontală de scanare: min 1700 mm” din cap. 2.8. Parametrii de scanare,

g) „Deschidere > 70 cm” din cap. 2.1. Gantry-ul

h) „Acuratețe poziționare a mesei $< \pm 0,25$ mm” din cap. 2.5. Masa examinare.

II. Obligarea autorității contractante la remedierea documentației de atribuire, în sensul modificării specificațiilor de mai sus conform precizărilor și solicitărilor din cuprinsul contestației.

- suspendarea procedurii de atribuire, până la soluționarea fondului cauzei.

Prin decizia nr. 738S/C4/4120,4123/26.09.2013, Consiliul s-a pronunțat asupra capătului de cerere de suspendare a procedurii de atribuire, pe care l-a respins. Pe rol, în prezent, se află celelalte capete de cerere din contestații.

Pentru soluționarea contestațiilor, având în vedere că acestea au fost formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

În temeiul art. 278 alin. (2) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite în parte contestația depusă de S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L., în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI și anulează procedura de atribuire pentru imposibilitatea dispunerii unei măsuri de remediere.

În temeiul art. 278 alin. (5) din ordonanța de urgență, pentru considerentele cuprinse în motivarea prezentei, respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere de continuare a procedurii din contestația S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L. și contestația depusă de S.C. SIEMENS S.R.L în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare.