



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsr.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea,

DECIZIE

Nr. 3835/348C7/4186,4187

Data: 24.10.2013

I. Prin contestația nr. 3418/26.09.2013, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 32532/27.09.2013, S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea de Birouri „Floreasca 169”, Corp a3, et. 7, biroul nr. 1 și 2, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/3731/2000, CUI RO 12924986, reprezentată de Cristian Florentin Toader, în calitate de administrator, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, str. Voila, nr. 114, județul Prahova, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului cadru, având ca obiect „Achiziția unui Echipament Computer Tomograf, inclusiv montaj, punere în funcțiune, testare și instruirea personalului utilizator”, se solicită suspendarea procedurii de atribuire, obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini, obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, după modificarea specificațiilor tehnice, cu respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurențe, și proporționalității și a dispozițiilor complementare aplicabile în materie, constituindu-se dosarul nr. 4186/2013.

II. Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 32533/27.09.2013, S.C. SIEMENS S.A., cu sediul social în București, str. Preciziei, nr. 24, Complex West Gate Park Corp H3, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/6772/1995, CUI RO 7614474, reprezentată de Radu Leocovici, cu sediul în Câmpina, str. Voila, nr. 114, județul Prahova, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către aceeași autoritate contractantă, respectiv SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, în cadrul aceleiași proceduri, se solicită următoarele:

- anularea caietului de sarcini conform argumentelor, precizărilor și solicitărilor contestatorului din cuprinsul cap. I și cap. II din contestație și obligarea autorității contractante la refacerea documentației tehnice corespunzătoare care să respecte principiile liberei concurențe, tratamentului egal, al nediscriminării, proportionalității și al liberei concurențe;

- în măsura în care anularea caietului de sarcini nu se impune, contestatorul solicită Consiliului:

I. constatarea caracterului nelegal al următoarelor specificații tehnice ale documentației de atribuire - caietul de sarcini - Specificații Tehnice - Computer Tomograf:

- a). *"Deschidere > 70 cm" din cap. 2.1 Gantry - ul;*
- b). *"Gama kV: în intervalul min 80 - max 135 kV" din cap. 2.3. Generatorul de tip high voltage;*
- c). *"Gama mA: min intervalul 10-300 mA" din cap. 2.3. Generatorul de tip high voltage*
- d). *"Max de capacitate de răcire - înmagazinare caldură/minut: minim 840 kHu" din cap. 2.4 Tubul X;*
- e). *"Acuratete poziționare a mesei: < ± 0,25 mm" din cap. 2.5. Masa de Examinare;*
- f). *"Gama mișcare pe orizontala a blatului mesei - fără extensie: min in intervalul 1700 - 2000mm" din cap. 2.5. Masa de Examinare;*
- g). *"Lungimea de scanare a mesei: minim în intervalul 1000 - 1800 mm" din cap. 2.5. Masa de Examinare;*
- h). *"Poziția pe verticala a mesei în afara gantry-ului: cursa verticala minim în intervalul 320 - 850 mm" din cap. 2.5. Masa examinare;*
- i). *"CPU Speed: minimum dual core 2x3 GHz" din cap. 2.6. Consola de achiziție și reconstrucție;*
- j). *"Lungimea de scanare (scan field) în ax longitudinal: min în intervalul 1500- 1750 mm" din cap. 2.8. Parametrii de Scanare;*

II. obligarea autorității contractante la remedierea documentației de atribuire în sensul modificării specificațiilor de mai sus conform precizărilor și solicitărilor introduse de contestator în cuprinsul prezentei contestații.

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei, constituindu-se dosarul nr. 4187/2013.

Având în vedere dispozițiile art. 273 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, conform cărora contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire vor fi conexe pentru a se pronunța o soluție unitară, Consiliul urmează să facă aplicarea acestora, conexând dosarele nr. 4186/2013 și nr. 4187/2013, contestațiile nr. 32532/27.09.2013, și nr. nr. 32533/27.09.2013, urmând a fi soluționate în cadrul dosarului nr. 4186/2013.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite contestațiile formulate de către S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea de Birouri „Floreasca 169”, Corp a3, et. 7, biroul nr. 1 și 2, sector 2 și S.C. SIEMENS S.A., cu sediul social în București, str. Preciziei, nr. 24, Complex West Gate Park Corp H3, sector 6, în contradictoriu cu SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA CÂMPINA, cu sediul în Câmpina, str. Voila, nr. 114, județul Prahova și obligă autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile de la comunicare să:

- să modifice documentația de atribuire potrivit celor reținute în motivare;

- să publice în SEAP modificările aduse la documentația de atribuire, pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați de participarea la procedură.

Dispune continuarea procedurii de atribuire.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare.