



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, București, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE **Nr.2196/C2/2407** **Data:21.07.2014**

Prin contestația fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 19505/16.06.2014, formulată de către S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Str. Preciziei, nr. 24, Complex West Gate Park, Corp H4, Sector 6, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/ 6772/1995, având CIF 7614474, împotriva „măsurilor de remediere din data de 03.06.2014 adoptate de autoritatea contractantă prin care se modifică caietul de sarcini cu încălcarea dispozitivului deciziei CNSC”, emise de către SPITALUL MUNICIPAL ADJUD, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Localitatea Adjud, Str. Republicii, nr. 21, Județul Vrancea, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitație deschisă”, a acordului-cadru de furnizare având ca obiect „Pachet aparatură medicală imagistică de înaltă performanță”, cod CPV 33115000-9, 33111800-9, având sursa de finanțare: „fonduri bugetare”, s-au solicitat următoarele: „constatarea puterii de lucru judecat a Deciziei CNSC nr. 1477/C1/1342,1381/21.05.2014; anularea Modificării nr. 1 - Măsurile de Remediere dispuse de Autoritatea Contractantă în data de 03.06.2014 și obligarea Autorității Contractante la menținerea/ republicarea în SEAP a modificărilor Caietului de Sarcini strict cu privire la specificațiile tehnice în legătură cu care Autoritatea Contractantă a acceptat remedieri în cadrul Punctelor de Vedere transmise de aceasta către CNSC în dosarele 1381 și 1342; obligarea Autorității Contractante la remedierea următoarelor specificații tehnice care nu au făcut obiectul Măsurilor de Remediere dispuse de Autoritatea Contractantă sau au făcut obiectul Măsurilor de Remediere dar acestea nu au fost remediate în conformitate cu Dispozitivul Deciziei CNSC și motivarea aferentă și anume: a) de la Computer Tomograf: „Masa examinare -

Domeniul maxim de scanare: minimum 170 cm", „Masa examinare - Cursa verticală a mesei în afara gantry: minim 45 cm", „Parametrii de scanare - Domeniul maxim de scanare: minimum 170 cm", «Parametrii de scanare - Domeniul maxim de scanare: minimum 170 cm» , «Tensiune anodică reglabilă: minimum 80-135 kV», «Curent anodic reglabil: minimum 10-300 mA»; b) de la Echipamentul de Radiologie: «Tubul de raze X - Rotație verticală +/- 180 grade cu posibilitatea de blocare la fiecare 15 grade», «Tubul de raze X - Mișcările brațului de susținere pe orizontală rotație +150/-180 grade (din 15 în 15 grade) cu posibilitatea de blocare electromagnetică la 0 sau 90 grade și posibilitatea de deblocare manuală», «Tubul de raze X - Posibilitatea de mișcare a tubului Rx cu 30 grade spre operator și 0 grade spre coloane suspendată», «Tubul de raze x - Cursa sistemului suspendat: longitudinal min. 4400 mm, lateral min. 2000 mm cu sistem de blocare electromagnetic», «Masa de diagnostic - înălțime reglabilă electrohidraulic a hiatului mesei într-un interval cuprins între 360 și 940 mm», «Masa de diagnostic: - Poziții intermediare temporare de oprire ale blatului - în urcare la 650 mm (posibilitatea selectării și a valorilor 600 și 700 mm), iar la coborâre la 450 mm», «Stand vertical tip Bucky - Înălțime min. 1900 mm, lățime max. 660 mm», «Caracteristici generale al sistemului - Posibilitatea programării protocoalelor de lucru (până la 10000) pentru diverse regiuni anatomice investigate»; D. Suspendarea de urgență a Procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei”.

În baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Respinge excepția tardivității, invocată de către autoritatea contractantă față de contestația formulată de către S.C. SIEMENS S.R.L.

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de către S.C. SIEMENS S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL MUNICIPAL ADJUD.

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.