



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, București, România, CIF 20329980, CP
030084

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745 www.cnscl.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 2893/C2/3361

Data: 19.11.2014

Prin contestația nr. 1163/17.10.2014, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 28995/20.10.2014, formulată de S.C. CORTECH MED S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Str. Gheorghe Țițeica, nr. 190B, sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13271/2007, având CIF 22088756, reprezentată de CABINETUL DE AVOCAT VASS IULIA-ERZSEBET, cu sediul în Municipiul București, Str. Pictor G. D. Mirea, nr. 6, etaj 1, sector 1, unde solicită comunicarea tuturor actelor de procedură, împotriva documentației de atribuire emisă de INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ”, cu sediul în Municipiul București, Str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, sector 2, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitație deschisă”, a contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „Computer tomograf 64 slice”, cod CPV 33115000-9, tip de finanțare: alte fonduri, s-a solicitat:

„- suspendarea procedurii de achiziție publică până la soluționarea fondului cauzei, în conformitate cu prevederile art. 275¹ din O.U.G. nr. 34/2006;

- anularea prevederilor nelegale menționate în cuprinsul documentației de atribuire și, în consecință, obligarea Autorității Contractante la modificarea specificațiilor tehnice nelegale, astfel încât acestea să fie puse în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în materia achizițiilor publice și prelungirea

corespunzătoare a termenului de depunere a ofertelor, după cum urmează:

- modificarea cerinței „Număr total de elemente detector: minim 23.000” cu „Număr total de elemente detector: minim 43.000”;
- modificarea cerinței „Generator de înaltă tensiune – putere nominală: minim 80 kW” cu „Generator de înaltă tensiune – putere nominală: minim 60 kW”.

În subsidiar:

În măsura în care veți respinge în tot sau în parte capătul de cerere formulat în principal, vă solicităm să dispuneți:

- Anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect „Computer tomograf 64 slice”, organizată de INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ”, în conformitate cu prevederile art. 197, art. 199 alin. (5) și/sau art. 209 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006.”

S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în Municipiul București, Str. Preciziei, nr. 24, Complex West Gate park, Centrul pentru Sprijinirea Afacerilor „West Gate Business Park”, et. 4-5, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6772/1995, având CIF RO 761447, în calitate de operator economic interesat de procedura de achiziție publică în cauză, a depus „Cerere de intervenție accesorie în interesul autorității contractante” nr. 6020/10.11.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 30199/11.11.2014, prin care solicită următoarele:

„(1) Încuviințarea în principiu a prezentei intervenții accesorie și admiterea ei;

(2) Respingerea ca nefondate a susținerilor aduse de ofertantul S.C. CORTECH MED S.R.L. împotriva cerințelor documentației de atribuire și, implicit, respingerea ca nefondată a Contestației;

(3) Constatarea legalității documentației de atribuire și obligarea autorității contractante la continuarea Procedurii de achiziție cu menținerea cerințelor documentației de atribuire așa cum au fost acestea formulate inițial de către Autoritatea Contractantă: «*Număr total de elemente detector: minim 23.000*» și «*Generator de înaltă tensiune – putere nominală: minim 80 kW*»”.

În baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Respinge ca nefondată contestația formulată de S.C. CORTECH MED S.R.L., în contradictoriu cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ”.

Admite cererea de intervenție formulată de S.C. SIEMENS S.R.L.

Dispune continuarea procedurii de atribuire.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.