



# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 [www.cnsc.ro](http://www.cnsc.ro)

**În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea**

## DECIZIE

**Nr. 166/ C2 /5717**

**Data: 17.01.2014**

Prin contestația nr. CH5617/23.12.2013, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 44242/30.12.2013, depusă de către S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în București, Str. Preciziei nr. 24, Complex West Gate Park, Corp H3, sector 6, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/6772/1995 și CIF 7614474, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Brăila, Șos. Buzăului nr. 2, județul Brăila, în cadrul procedurii de „licitație deschisă”, organizată pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare, având ca obiect „Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunării”, s-a solicitat:

1. având în vedere caracterul profund restrictiv al Caietului de sarcini al procedurii care conduce la evidențierea unor abateri grave de la principiile generale de achiziții publice, anularea procedurii;
2. în subsidiar, în cazul în care anularea nu este considerată oportună, constatarea caracterului nelegal al specificațiilor tehnice ale caietului de sarcini al procedurii și obligarea autorității contractante la modificarea cerințelor tehnice menționate în cuprinsul considerentelor ca fiind restrictive, în sensul respectării principiilor liberei concurențe, tratamentului egal, al nediscriminării și al proporționalității, în scopul de a se asigura accesul nerestricționat la procedură al operatorilor economici competitori.

În baza documentelor depuse de părți,  
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

**DECIDE:**

Admite în parte contestația formulată de către S.C. SIEMENS S.R.L., în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA și va obliga autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile de la comunicare să modifice specificații tehnice ale caietului de sarcini respectiv:

- Rezoluție spațială intrinsecă (FWHM, UFOV): maxim 3,5 mm,
- Rezoluție spațială intrinsecă (FWTM, UFOV): maxim 7 mm,
- Uniformitatea intrinseca la camp maxim, integrala (UFOV): maxim 3%,
- Distanța între marginea învelișului detectorului și marginea FOV-ului (Brain reach): maxim 7,4 cm,

Respinge ca rămase fără obiect celelalte critici.

Dispune continuare procedurii de atribuire cu respectarea celor dispuse anterior.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.