



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, România
Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 și +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE Nr. 1282/C4 /1379 Data: 07.08.2015

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 13594/21.07.2015, depusă de SC SIEMENS SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centru pentru Sprijinirea Afacerilor West Gate Business Center, etajele 4-5, sector 6, având CUI 7614474, privind procedura de licitație deschisă, organizată de autoritatea contractantă SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, cu sediul în Sebeș, str. Surianu nr. 41, județul Alba, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de furnizare aparat tomografie, s-a solicitat:

- în principal: suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei,
- anularea documentației de atribuire și a procedurii de atribuire, cu consecința obligării autorității contractante la întocmirea unei documentații tehnice corespunzătoare, care să respecte principiile liberei concurențe, al proporționalității, al nediscriminării, tratamentului egal și al utilizării eficiente a fondurilor publice, ținând cont de solicitările de remediere din cadrul contestației privind eliminarea/modificarea specificațiilor tehnice criticate,
- în subsidiar: în măsura în care nu se dispune anularea procedurii de atribuire, se solicită remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, respectiv obligarea autorității contractante la remedierea caietului de sarcini prin modificarea și/sau eliminarea specificațiilor tehnice ale echipamentului aparat de tomografie, ținând cont de solicitările de remediere privind eliminarea/modificarea specificațiilor tehnice criticate.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

În temeiul art. 278 alin. (2) și (4) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, admite în parte contestația formulată de SC SIEMENS SRL, în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ și dispune:

- modificarea specificațiilor tehnice referitoare la „Poziția pe verticală a mesei în afara gantry-ului: minim în intervalul 35-80 cm”, „Focar mare min. de 2 mm²”, rata maximă de răcire a anodei: minim 850 kHU”, Gama mA: minim intervalul 10-300mA, astfel cum rezultă din motivarea prezentei;

-reformularea specificațiilor tehnice „Număr fizic de elemente de detector pe coloana de detector: minim între 670-800 elemente detector”, „Masa examinare pacient-cerința: domeniul de deplasare pe orizontală: minim interval 150-170cm”, „Consolă de achiziție: „procesor de mare viteză: minim dual core 2x2 GHz”, „ Consola de postprocesare: procesor de mare viteză: minim dual core 2x2 GHz”; „Parametri de scanare: -Lungimea orizontală de scanare: minim intervalul 150-170cm”; „Consola de achiziție și reconstrucție: -2 monitoare tip LCD, color, marimea ecranului: min. 19”, rezoluție: min.1280x1024”, „Consola de postprocesare: -1 monitor tip LCD, color, marimea ecranului: min. 19”, rezoluție: min.1280x1024 pentru studii de comparație și urmărire”, astfel cum rezultă din motivarea prezentei;

- clarificarea specificațiilor tehnice «Rezoluția de contrast scăzut: „obiect” de maxim 3mm pentru o diferență de contrast pentru o diferență de contrast de 0,3% pe fantoma CATPHAN de 20cm detectat cu o încărcare de doză de max.20 mGy», „reducere de doză prin sistem de tip iterativ-în configurație standard-performața sistemului de reducere de doza iterativa minim 50-60% reducere de doză”, astfel cum rezultă din motivarea prezentei.

În temeiul art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, respinge ca nefondate criticile formulate de contestatoare referitoare la specificația tehnică „Lungimea efectivă a detectorului pe axa z (în izocentru): minim 24 mm”.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.

În temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor dispuse, și stabilirea unui nou termen de depunere a ofertelor.

Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire într-un termen de maxim 15 zile de la comunicarea prezentei.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.