



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsr.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE Nr. 260/C11/140 Data: 05.03.2015

Prin contestația nr. 305/09.02.2015, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 1760/09.02.2015, SC SOFMEDICA SRL, cu sediul în București, șos. Nicolae Titulescu nr. 3, bl. A1, et. 6, ap. 46, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/24635/1994, având CUI RO 6719715, reprezentată legal de Georgios Sofianos - Managing Director, a contestat documentația de atribuire, emisă în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitație deschisă”, cu etapă finală de licitație electronică, a contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA LABORATOARELOR DE ANATOMIE PATOLOGICĂ ȘI LAVAJ BRONHO-ALVEOLAR, CHIRURGIE MINIM INVAZIVĂ ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, BRONHOLOGIE, IMAGISTICĂ”, Lotul nr. 3, cod CPV 33100000-1, organizată de către INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în București, Șos. Viilor nr. 90, sector 5, solicitând următoarele:

- în principal, anularea procedurii de atribuire pentru Lotul III (Echipamente laborator bronhologie) și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii prin împărțirea Lotului III în mai multe loturi;

- în subsidiar, obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive din caietul de sarcini, în sensul eliminării cerinței ca diametrul exterior maxim al tubului de inserție să fie de 3,1 mm, prevăzută la Lotul III (Echipamente laborator bronhologie) - punctul 1.2 (Videobronhoscop pediatric) - litera g.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de SC SOFMEDICA SRL, cu sediul în București, șos. Nicolae Titulescu nr. 3, bl. A1, et. 6, ap. 46, sector 1, în contradictoriu cu INSTITUTUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în București, Șos. Viilor nr. 90, sector 5.

Admite capătul de cerere privind obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive din caietul de sarcini și obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei Consiliului, să modifice cerința prevăzută în caietul de sarcini la Lotul III: „Echipamente laborator bronhologie”, punctul „Trusa tip 1: bronhoscopie cu tehnologie care folosește diferite lungimi de undă a luminii ce cuprinde”, subpunctul „1.2 Videobronhoscop pediatric” litera g) „Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 3,1 mm” prin eliminarea literei g) „*Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 3,1 mm*”, să comunice modificarea astfel efectuată tuturor operatorilor economici interesați de participarea la procedura de achiziție publică și să stabilească o nouă dată de depunere a ofertelor.

Respinge, ca nefondat, capătul de cerere privind anularea procedurii de atribuire pentru Lotul III (Echipamente laborator bronhologie) și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii prin împărțirea Lotului III în mai multe loturi.

Dispune continuarea procedurii de achiziție publică.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.