



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 512/C3/425

Data: 23.04.2015

Prin contestația nr. 4512/30.03.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 4544/31.03.2015, înaintată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 169, Clădirea de birouri „Floreasca 169”, corp A3, et. 7, biroul nr. 1 și biroul nr. 2, cp 014459, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3731/2000, având CUI RO12924986, formulată împotriva documentației de atribuire întocmite de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 3, cp 400001, județul Cluj, în calitate de autoritate contractantă în procedura, licitație deschisă online, organizată în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având ca obiect „Furnizare aparatură medicală pentru proiectul: *Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic municipal Cluj-Napoca*”, cu anunț de participare publicat în SEAP sub nr. 158016/20.03.2015, s-a solicitat Consiliului:

- „Suspendarea de urgență a procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei;
- Obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice restrictive și nelegale din caietul de sarcini aferente lotului 1 (...);
- Obligarea autorității contractante la divizarea în mai multe loturi distincte a lotului 1 (*Imagistică*), separând echipamentele de tip ecograf într-un singur lot distinct, echipamentul RMN în alt lot, echipamentul mamograf în alt lot și echipamentele de grafie/scopie, RX și osteodensitometru într-un al patrulea lot, întrucât echipamentele au valori foarte mari, iar menținerea lor într-un singur lot crește substanțial riscul neîndeplinirii tuturor

specificațiilor tehnice ale echipamentelor, ceea ce duce la restricționarea nejustificată a accesului la procedura de atribuire prin imposibilitatea depunerii unei oferte valide; și

- Obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, după divizarea echipamentelor aparținând lotului 1 în loturi distincte și modificarea specificațiilor tehnice, cu respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurențe și proporționalității, aplicabile în materie”.

În baza documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Respinge excepția de tardivitate a contestației, invocată de autoritatea contractantă, ca nefondată.

Admite contestația, în partea privind împărțirea pe loturi distincte a produselor cuprinse în actualul lot 1 al procedurii și cea privind modificarea specificațiilor tehnice: „Reglare înălțime suport obiect: minim 80 cm” (de la *Echipament mamografie*) și „sistem cu minim 20 de canale independente” (de la *Sistem de imagistică prin rezonanță magnetică nucleară cu câmp magnetic de 1,5T, punct 3. Sistem RF de transmisie*).

Obligă autoritatea contractantă, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, la continuarea procedurii de atribuire, în 10 zile de la primirea deciziei prezente, prin modificarea documentației de atribuire, precum și prin stabilirea unei date limită de depunere a ofertelor, aferent Lotului 1, în sensul celor ce se regăsesc în motivarea ce urmează.

Respinge cererea de anulare a procedurii, precum și cererile de modificare a celorlalte specificații criticate, ca nefondate.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.